



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС US.ИМ34.Н00469

Срок действия с 05.07.2013 по 05.07.2016

№ 1290379

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11ИМ34.  
ООО "ГрадЛайн Сервис". 141008, РФ, Московская обл., г.Мытищи, ул. Матросова, д. 13, тел. (495) 7801737, факс (495) 7801737, E-mail gls.09@mail.ru.

**ПРОДУКЦИЯ** Линзы контактные 1 DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM.

См. приложение (бланк № 0803740).  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

94 8870

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
ГОСТ Р 51580-2000, ГОСТ Р ИСО 10993-2009 (ч.ч. 1, 2, 5, 10), ГОСТ Р 52770-2007.

код ТН ВЭД России:

9001 30 000 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** "Джонсон & Джонсон Вижн Кэр, Инк." (Johnson & Johnson Vision Care, Inc.), США.

Адрес: 7500 Centurion Parkway, Jacksonville, Florida 32256, USA, Соединенные Штаты Америки.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** "Джонсон & Джонсон Вижн Кэр, Инк." (Johnson & Johnson Vision Care, Inc.), США.

Адрес: 7500 Centurion Parkway, Jacksonville, Florida 32256, USA, Соединенные Штаты Америки.

**НА ОСНОВАНИИ** Протоколы испытаний № 20.124.013 от 22.05.2013 г., № 1193.013 от 22.05.2013 г. ИЛЦ ФГБУН «НИИ ФХМ» ФМБА России (РОСС RU.0001.21ИМ33), регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07338 от 05.06.2010 г. Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

*Копия*  
**АНАНЬЕВ А.М.**  
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ  
СВИДЕТЕЛЬСТВО  
№ 00168419  
САМАРА  
*Верна*  
**АНАНЬЕВА Т. Н.**  
ДИРЕКТОР ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ  
ДОВ-ТЬ 63AA2533053 ОТ 28.05.2014  
Джонсон

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации. Инспекционный контроль: июль 2014 г.; июль 2015 г.  
Схема сертификации: 3.



Руководитель органа  
(заместитель руководителя)

*Ананьев*  
подпись

**Кальченко А.С.**  
инициалы, фамилия

Эксперт

*Зинченко*  
подпись

**Зинченко Г.А.**  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

*г. Ма*